
divízia laboratórných chemikálií
Plynárenská 2
821 09 BRATISLAVA

IČO: 31625444 DIČ: SK2020456075 Bank. spoj.: Tatrabanka a.s. č.ú.2627480107/1100
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.2580/S, oddiel s.r.o.

ATEST KVALITY

KYSELINA FTALOVÁ

Vzorec : $C_8H_6O_4$
Kvalita : p.a.
CAS : 88-99-3
M.h. : 166,13
Exspirácia : 5 rokov

Špecifikácia

Sledovaný parameter	Nameraná hodnota	Jednotka
Obsah hl. zložky	99,5	%
Teplota topenia	210-211	°C
Chloridy	max.0,005	%
Sírany	max.0,005	%
Olovo	max.0,0005	%
Železo	max.0,0005	%